

质量检测证明 COA

产品名称: 天地 HPLC 环己烷 4X4L 出具报告日期: 2024-07-29
产品号: CS1341-801 复检日期: 2029-07-26
级别: HPLC/Spectro 生产日期: 2024-07-27
天地批次编号: 24076293

此分析证书证明此批次进行了测试, 结果符合产品要求。以下是实际分析结果。

检测项目	范围	结果
GC-FID 含量	Min 99.9 %	99.99 %
色度	Max 10.0 APHA	5 APHA
蒸发残留	Max 3.0 ppm	0.4 ppm
水分- (KF 库伦计)	Max 0.02 %	0.004 %
光学吸收-202 nm	Max 1.0 AU	0.77 AU
光学吸收-205 nm	Max 0.88 AU	0.68 AU
光学吸收-210 nm	Max 0.67 AU	0.50 AU
光学吸收-240 nm	Max 0.05 AU	0.02 AU
光学吸收-254 nm	Max 0.01 AU	0.006 AU
光学吸收-400 nm	Max 0.01 AU	0.000 AU

何娟娟

QC 部门审核人
Chemist Name

QC 部门签章:



天地公司证明该产品是由合成原料生成, 制造过程中没有使用任何与动物有关的原料。