

质量检测证明 COA

产品名称: 天地 ACS 甲苯 6X1L 出具报告日期: 2024-08-19
产品号: TR1850-802 复检日期: 2029-08-06
级别: ACS 生产日期: 2024-08-07
天地批次编号: 24086129

此分析证书证明此批次进行了测试, 结果符合产品要求。以下是实际分析结果。

检测项目	范围	结果
GC-FID 含量	Min 99.5 %	99.97 %
色度	Max 10.0 APHA	5 APHA
蒸发残留	Max 0.001 %	0.00001 %
硫酸变暗物质	通过测试	通过测试
含硫化合物- (以硫计)	Max 0.003 %	< 0.003 %
水分- (KF 库伦计)	Max 0.03 %	0.002 %

何娟娟

QC 部门审核人
Chemist Name

QC 部门签章:



天地公司证明该产品是由合成原料生成, 制造过程中没有使用任何与动物有关的原料。