

质量检测证明 COA

产品名称: 天地 HPLC 二氧六环 4X4L 出具报告日期: 2024-09-05
产品号: DS1471-801 复检日期: 2027-09-02
级别: HPLC/Spectro 生产日期: 2024-09-02
天地批次编号: 24086335

此分析证书证明此批次进行了测试, 结果符合产品要求。以下是实际分析结果。

检测项目	范围	结果
GC-FID 含量	Min 99.9 %	99.98 %
色度	Max 10.0 APHA	5 APHA
过氧化物- (以包装时过氧化氢计)	Max 0.005 %	0.00 %
蒸发残留	Max 5.0 ppm	0.4 ppm
水分	Max 0.05 %	0.009 %
光学吸收-214 nm	Max 1.0 AU	0.38 AU
光学吸收-225 nm	Max 0.6 AU	0.27 AU
光学吸收-250 nm	Max 0.25 AU	0.12 AU
光学吸收-295 nm	Max 0.01 AU	0.004 AU
光学吸收-400 nm	Max 0.01 AU	0.000 AU

何娟娟

QC 部门审核人
Chemist Name

QC 部门签章:



天地公司证明该产品是由合成原料生成, 制造过程中没有使用任何与动物有关的原料。