

质量检测证明 COA

产品名称: 天地 HPLC 正丙醇 4X4L 出具报告日期: 2024-09-05
产品号: PS2041-801 复检日期: 2029-09-01
级别: HPLC/Spectro 生产日期: 2024-09-02
天地批次编号: 24086394

此分析证书证明此批次进行了测试, 结果符合产品要求。以下是实际分析结果。

检测项目	范围	结果
GC-FID 含量	Min 99.5 %	99.96 %
色度	Max 10.0 APHA	5 APHA
蒸发残留	Max 5.0 ppm	0.4 ppm
可滴定酸	Max 0.0004 meq/g	0.00008 meq/g
水分 - (KF 库伦计)	Max 0.08 %	0.005 %
光学吸收-210 nm	Max 1.0 AU	0.42 AU
光学吸收-225 nm	Max 0.5 AU	0.15 AU
光学吸收-250 nm	Max 0.05 AU	0.01 AU
光学吸收-300 nm	Max 0.005 AU	0.000 AU
光学吸收-400 nm	Max 0.005 AU	0.000 AU

何娟娟

QC 部门审核人
Chemist Name

QC 部门签章:



天地公司证明该产品是由合成原料生成, 制造过程中没有使用任何与动物有关的原料。