

质量检测证明 COA

产品名称: 天地 ACS 二氯甲烷 4X4L 出具报告日期: 2024-09-10
产品号: DR0440-801 复检日期: 2027-09-08
级别: ACS 生产日期: 2024-09-08
天地批次编号: 24096025

此分析证书证明此批次进行了测试, 结果符合产品要求。以下是实际分析结果。

检测项目	范围	结果
外观-无色, 无悬浮物	通过测试	通过测试
GC-FID 含量- (扣除水)	Min 99.5 %	99.98 %
色度	Max 10 APHA	5 APHA
蒸发残留	Max 0.002 %	0.00004 %
游离卤素	通过测试	通过测试
稳定剂- (以戊烯计)	Between 100.0 to 200.0 ppm	107 ppm
可滴定酸	Max 0.0003 meq/g	0.00003 meq/g
水分- (KF 库伦计)	Max 0.02 %	0.001 %

何娟娟

QC 部门审核人
Chemist Name

QC 部门签章:



天地公司证明该产品是由合成原料生成, 制造过程中没有使用任何与动物有关的原料。