

质量检测证明 COA

产品名称: TEDIA ACS 梯度乙腈 6X1L 出具报告日期: 2024-09-10
产品号: AR0116-802 复检日期: 2029-09-07
级别: ACS 生产日期: 2024-09-08
天地批次编号: 24096137

此分析证书证明此批次进行了测试, 结果符合产品要求。以下是实际分析结果。

检测项目	范围	结果
外观-无色, 无悬浮物	通过测试	通过测试
GC-FID 含量	Min 99.5 %	99.99 %
色度	Max 10 APHA	5 APHA
蒸发残留	Max 0.005 %	0.00002 %
可滴定酸	Max 0.008 meq/g	0.0001 meq/g
可滴定碱	Max 0.0006 meq/g	0.00001 meq/g
水分- (KF 库伦计)	Max 0.3 %	0.002 %
物质鉴定-红外光谱	通过测试	通过测试

何娟娟

QC 部门审核人
Chemist Name

QC 部门签章:



天地公司证明该产品是由合成原料生成, 制造过程中没有使用任何与动物有关的原料。