

质量检测证明 COA

产品名称: 天地 农残级 乙腈 4*2.5L 出具报告日期: 2024-11-26
产品号: AA1120-814 复检日期: 2027-04-03
级别: Absolv 生产日期: 2024-04-03
天地批次编号: 24116414

此分析证书证明此批次进行了测试, 结果符合产品要求。以下是实际分析结果。

检测项目	范围	结果
GC-FID 含量	Min 99.9 %	99.99 %
色度	Max 5.0 APHA	5 APHA
杂质最大荧光发射 - (以硫酸奎宁计)	Max 1 ppb	< 1 ppb
液相色谱梯度适应性 - 210 nm	通过测试	通过测试
液相色谱梯度适应性 - 254 nm	通过测试	通过测试
GC-ECD 响应物质 (单峰) - (以环氧七氯计)	Max 10 ppt	0.2 ppt
GC-FID 响应物质 (单峰) - (以 2-辛醇计)	Max 5 ppb	0.05 ppb
蒸发残留	Max 1 ppm	0.1 ppm
水分 - (KF 库伦计)	Max 0.01 %	0.002 %
光学吸收 - 190 nm	Max 1.000 AU	0.428 AU
光学吸收 - 195 nm	Max 0.140 AU	0.059 AU
光学吸收 - 200 nm	Max 0.050 AU	0.016 AU
光学吸收 - 210 nm	Max 0.040 AU	0.010 AU
光学吸收 - 220 nm	Max 0.020 AU	0.006 AU
光学吸收 - 230 nm	Max 0.010 AU	0.003 AU
光学吸收 - 254 nm	Max 0.005 AU	0.001 AU
光学吸收 - 400 nm	Max 0.005 AU	0.000 AU

何娟娟

QC 部门审核人
Chemist Name

QC 部门签章:



天地公司证明该产品是由合成原料生成, 制造过程中没有使用任何与动物有关的原料。