

质量检测证明 COA

产品名称: 天地 HPLC 四氢呋喃 6X1L 出具报告日期: 2024-12-04
产品号: TS2123-802 复检日期: 2026-07-20
级别: HPLC/Spectro 生产日期: 2024-07-20
天地批次编号: 24116645

此分析证书证明此批次进行了测试, 结果符合产品要求。以下是实际分析结果。

检测项目	范围	结果
GC-FID 含量	Min 99.8 %	99.94 %
色度	Max 10.0 APHA	5 APHA
过氧化物- (以包装时过氧化氢计)	Max 0.015 %	0.007 %
稳定剂- (以 BHT 计)	Between 200.0 to 300.0 ppm	247 ppm
蒸发残留	Max 0.03 %	0.0001 %
可滴定酸	Max 0.001 meq/g	0.00004 meq/g
水分	Max 300.0 ppm	142 ppm

何娟娟

QC 部门审核人
Chemist Name

QC 部门签章:



天地公司证明该产品是由合成原料生成, 制造过程中没有使用任何与动物有关的原料。