

质量检测证明 COA

产品名称: 天 地 ACS 乙 酸 乙 酯 出具报告日期: 2025-01-21
4X2. 5L
产品号: ER0511-814 复检日期: 2028-11-19
级别: ACS 生产日期: 2023-11-21
天地批次编号: 25016164

此分析证书证明此批次进行了测试, 结果符合产品要求。以下是实际分析结果。

检测项目	范围	结果
GC-FID 含量	Min 99.5 %	99.95 %
色度	Max 10.0 APHA	5 APHA
蒸发残留	Max 0.003 %	0.0002 %
硫酸变暗物质	Passes Test nan	通过测试
可滴定酸	Max 0.0009 meq/g	0.0004 meq/g
水分- (KF 库伦计)	Max 0.2 %	0.03 %

何娟娟

QC 部门审核人
Chemist Name

QC 部门签章:



天地公司证明该产品是由合成原料生成, 制造过程中没有使用任何与动物有关的原料。