

质量检测证明 COA

产品名称: 天地 液相色谱级吡啶 4*4L 出具报告日期: 2025-07-10
临标
产品号: ps2051-801U 复检日期: 2026-07-05
级别: HPLC 生产日期: 2025-07-06
天地批次编号: 25066335

此分析证书证明此批次进行了测试, 结果符合产品要求。以下是实际分析结果。

检测项目	范围	结果
GC-FID 含量	Min 99.8 %	99.96 %
色度	Max 10.0 APHA	5 APHA
蒸发残留	Max 4.0 ppm	0.4 ppm
水分	Max 0.05 %	0.02 %
光学吸收-315 nm	Max 1.0 AU	0.23 AU
光学吸收-320 nm	Max 0.5 AU	0.13 AU
光学吸收-325 nm	Max 0.2 AU	0.006 AU
光学吸收-340 nm	Max 0.1 AU	0.01 AU
光学吸收-350 nm	Max 0.01 AU	0.006 AU
光学吸收-400 nm	Max 0.01 AU	< 0.001 AU

何娟娟

QC 部门审核人
Chemist Name

QC 部门签章:



天地公司证明该产品是由合成原料生成, 制造过程中没有使用任何与动物有关的原料。