

质量检测证明 COA

产品名称: 天地 制备级乙腈散水 出具报告日期: 2025-07-05
产品号: AZ1135-120 复检日期: 2026-01-02
级别: Preparation 生产日期: 2025-07-05
天地批次编号: 25076091

此分析证书证明此批次进行了测试, 结果符合产品要求。以下是实际分析结果。

检测项目	范围	结果
外观-无色, 无悬浮物	通过测试	通过测试
GC-FID 含量	Min 99.9 %	99.99 %
色度	Max 10.0 APHA	5 APHA
蒸发残留	Max 2.0 ppm	0.2 ppm
可滴定酸	Max 0.008 meq/g	0.0008 meq/g
可滴定碱	Max 0.0006 meq/g	0.00006 meq/g
水分- (KF 库伦计)	Max 0.02 %	0.002 %
光学吸收-190 nm	Max 1.00 AU	0.54 AU
光学吸收-200 nm	Max 0.10 AU	0.03 AU
光学吸收-220 nm	Max 0.05 AU	0.009 AU
光学吸收-230 nm	Max 0.02 AU	0.005 AU
光学吸收-400 nm	Max 0.01 AU	< 0.001 AU

何娟娟

QC 部门审核人
Chemist Name

QC 部门签字



天地公司证明该产品是由合成原料生成, 制造过程中没有使用任何与动物有关的原料。