

质量检测证明 COA

产品名称: 天地 液相色谱级 N,N-二甲 出具报告日期: 2025-07-22
基甲酰胺 4*4L
产品号: DS1451-801 复检日期: 2030-07-16
级别: HPLC/Spectro 生产日期: 2025-07-18
天地批次编号: 25076261

此分析证书证明此批次进行了测试, 结果符合产品要求。以下是实际分析结果。

检测项目	范围	结果
GC-FID 含量	Min 99.8 %	99.98 %
色度	Max 10.0 APHA	5 APHA
蒸发残留	Max 5.0 ppm	0.5 ppm
水分	Max 0.05 %	0.009 %
光学吸收-270 nm	Max 1.0 AU	0.48 AU
光学吸收-275 nm	Max 0.3 AU	0.16 AU
光学吸收-295 nm	Max 0.1 AU	0.04 AU
光学吸收-310 nm	Max 0.05 AU	0.02 AU
光学吸收-340 nm	Max 0.01 AU	0.001 AU
光学吸收-400 nm	Max 0.01 AU	< 0.001 AU

何娟娟

QC 部门审核人
Chemist Name

QC 部门签章:



天地公司证明该产品是由合成原料生成, 制造过程中没有使用任何与动物有关的原料。