

质量检测证明 COA

产品名称: 天地 农残级 35-60°C 石油 醚 4*4L 出具报告日期: 2025-08-15
产品号: PA2019-801 复检日期: 2026-07-18
级别: Absolv 生产日期: 2025-01-18
天地批次编号: 25086134

此分析证书证明此批次进行了测试, 结果符合产品要求。以下是实际分析结果。

检测项目	范围	结果
色度	Max 10.0 APHA	5 APHA
760mm 汞柱大气压下起始沸点	Min 35.0 °C	44.02 °C
760mm 汞柱大气压下终止沸点	Max 60.0 °C	59.92 °C
GC-ECD 响应物质 (单峰) - (以环氧七氯计)	Max 10.0 ppt	1.0 ppt
蒸发残留	Max 1.0 ppm	0.1 ppm
水分- (KF 库伦计)	Max 0.02 %	0.002 %

何娟娟

QC 部门审核人
Chemist Name

QC 部门签章:



天地公司证明该产品是由合成原料生成, 制造过程中没有使用任何与动物有关的原料。