

质量检测证明 COA

产品名称: 天地 制备级正己烷 10L 塑 料桶 出具报告日期: 2026-01-05
产品号: HZ1703-810 复检日期: 2026-07-01
级别: Prep 生产日期: 2026-01-01
天地批次编号: 25126389

此分析证书证明此批次进行了测试, 结果符合产品要求。以下是实际分析结果。

检测项目	范围	结果
GC-FID 含量	Min 95.0 %	99.82 %
蒸发残留	Max 1.0 mg/L	0.1 mg/L
水分- (KF 库伦计)	Max 100.0 ppm	12 ppm

何娟娟

QC 部门审核人
Chemist Name

QC 部门签章:



天地公司证明该产品是由合成原料生成, 制造过程中没有使用任何与动物有关的原料。