

质量检测证明 COA

产品名称: 天地 气相色谱级二氯甲烷 出具报告日期: 2026-01-16
4*4L
产品号: DG2810-801 复检日期: 2027-10-15
级别: GC 生产日期: 2025-10-16
天地批次编号: 26016135

此分析证书证明此批次进行了测试, 结果符合产品要求。以下是实际分析结果。

检测项目	范围	结果
GC-FID 含量- (不含戊烯)	Min 99.9 %	99.98 %
氯化物	Max 10.0 ppm	< 10 ppm
色度	Max 10.0 APHA	5 APHA
GC-ECD 响应物质 (单峰) - (以环氧七氯计)	Max 5.0 ppt	1.6 ppt
GC-FID 响应物质 (单峰) - (以 2-辛醇计)	Max 5.0 ppb	1.6 ppb
蒸发残留	Max 1.0 ppm	0.1 ppm
稳定剂- (以戊烯计)	Between 100.0 to 200.0 ppm	169 ppm
可滴定酸	Max 0.0003 meq/g	0.00003 meq/g
水分- (KF 库伦计)	Max 0.01 %	0.001 %

何娟娟

QC 部门审核人
Chemist Name

QC 部门签章:



天地公司证明该产品是由合成原料生成, 制造过程中没有使用任何与动物有关的原料。